


**A**  
**PREFEITURA DE ALTO SANTO**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08.06-001/2018**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.10.02.02-PMAS-SAÚDE**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO, ESTADO DO CEARÁ.**

**RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP.**  
**CNPJ: 11.050.321/0001-17 I.E. 582.820.303.119**  
**ENDEREÇO: RUA MARTINS PENA, 63 – CAMPOS ELÍSEOS – CEP: 14080-620.**  
**TEL/FAX: (16) 3969-1000 RIBEIRÃO PRETO/SP**  
**RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA (PROCURADORA): ÉRICA VERNILE PEREIRA VEZONO, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, RG 18.294.531-5 SSP/SP E CPF: 138.771.588-70.**  
**E-MAIL: [licitacao@gigante.com.br](mailto:licitacao@gigante.com.br)**  
**BANCO DO BRASIL nº 001 / AG. 2890-8 – SAUDADE / C/C 22125-2**  
**DATA DA PROPOSTA: 24/10/2018**

Item	Un.	Descrição	Qtd.	Valor unitário	Valor total
026626	UN	<b><u>BERÇO PARA RECÉM NASCIDO</u></b>  <b>BERÇO HOSPITALAR GRN - MODELO GIGABABY I</b> Marca Gigante Produtos Médicos / Fabricante Gigante Produtos Médicos Construído em tubo de 1 polegada pintado com tinta epóxi com tratamento anticorrosivo sem pontos aparentes de solda, apoiado em quatro rodízios giratórios de 3" diâmetro, sendo dois com freios. Cuna removível em acrílico transparente, com elevação de altura na região da cabeça do m e com aba em todo o contorno que permite fácil empunhadura e reforço oferecendo posições de trendelenburg, horizontal e próclive com trava de segurança. Acompanha colchão com abertura em uma das extremidades para desinfecção, em espuma de 3 cm, em material antialérgico e atóxico, para maior conforto	02	<b>RS 948,00</b> <b>(Novecentos e quarenta e oito reais)</b>	<b>RS 1.896,00</b> <b>(Um mil novecentos e noventa e seis reais)</b>



		do RN, Dimensões aproximadas do cesto: 67x35x21cm e dimensões totais aproximadas: 81x50x100cm. <u>Acessório incluso: Prateleira intermediária com compartimentos para guarda de materiais diversos.</u> <u>REGISTRO ANVISA/MS Nº 80681020001</u>			
026632	UN	<u>BERÇO AQUECIDO</u> <b>BERÇO AQUECIDO GRN - MODELO NEOSOLUTION</b> Marca Gigante Recém-Nascido / Fabricante Gigante Recém-Nascido <b>Sistema</b> Calor irradiante, elemento aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, sem prejudicar o acesso ao paciente, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. <b>Painel</b> Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato evitando a penetração de líquidos, tecias do tipo toque suave do tipo membrana, três mostradores visuais independentes que mantêm a visualização constante das temperaturas programadas e reais. Display digital do nível de potência selecionado pelo usuário, display digital da temperatura de pele do paciente, display em cristal líquido (LCD) para ajuste da temperatura de pele desejada e informações alfa numéricas das condições de alarmes. Indicação através de led posicionada em local alto e a frente da pantalha (elemento aquecedor) para visualização a distância dos alarmes de hipotermia, hipertermia, temperatura do modo RN baixa (servo controle), temperatura do modo RN alta (servo controle), Sensor RN desconectado, Falha no Sensor do RN, Falta de Energia, falha no sistema de aquecimento e aquecimento excessivo no modo manual. Comutação automática de um modo para o outro controlada através do sensor de pele. A indicação visual dos alarmes permanecerá visível mesmo com o som inibido, até a solução da causa. Bateria interna recarregável. Sistema de segurança da temperatura do Ar no modo manual para situações de temperatura acima de 39,5°C desligando assim automaticamente o aquecimento. Sistema que interrompe o aquecimento quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência determinada por um tempo consecutivo de 15 Minutos. Sistema de proteção térmica por dispositivo de detecção	02	RS 9.390,00 (Nove mil trezentos e noventa reais)	RS 18.780,00 (Dezoito mil setecentos e oitenta reais)

eletrônica de sobrecarga no elemento aquecedor  
 Alarme de advertência a cada 10 minutos no modo RN para verificação da rotina de temperatura do paciente.  
 Sistema de auto-teste constante das funções, indicação luminosa do nível de potência de aquecimento.  
 Informa o modo de operação atual do equipamento, modo manual ou modo RN/automático (servo controle).  
 Mostradores para indicação da temperatura da pele do RN e do nível de potência de aquecimento com perfeita visualização das temperaturas devido sua luminosidade.  
 Nível de potência de ajuste para o modo manual de 0 a 100% com ajuste a cada 1% até 10% e a cada 10% de 10% a 100%.  
 Faixa de leitura da temperatura do RN de 0°C a 50°C.  
 Faixa de trabalho em ITC (modo servo) de 30 à 38° C com resolução de 0,1°C., Sistema pela qual, a temperatura do RN é controlada automaticamente através da medição exercida por um sensor que capta a temperatura da pele do RN, conforme um valor estabelecido previamente pelo usuário (Servo Controle), ajustando automaticamente a temperatura do AR.  
 Bip de alerta para informação do procedimento de ajuste das temperaturas e potencias.  
 Retenção de memória na falta de energia dos valores programados  
 Teclas para seleção do modo de operação: Modo RN/automático (Servo controle) ou Modo Manual (Potência).  
 Tecla de inibição de alarme (áudio).  
 Tecla "liga" e "desliga" do equipamento.  
 Tecla de auto teste do sistema  
**Corpo**  
 Móvel em reforçada construção tubular em aço pintado em tinta epóxi (eletrostática a pó) após tratamento anticorrosivo/antiferruginoso, mobilidade através de quatro rodízios giratórios de 4" e banda larga com freios. Protetor contra choque para segurança, estrutura inferior recuada nas laterais, em formato de Y para permitir uma melhor aproximação lateral do usuário sem interferência dos pés. Leito tipo mesa rádio transparente para colocação do chassi de raios x, abas laterais rebatíveis em acrílico transparente, que podem ser desarmadas para uso da unidade em cirurgias ou atendimento de urgência de RN, permitindo assim livre acesso ao pequeno paciente e aberturas para passagem de tubos, cabos e etc., sistema de inclinação adequado para posicionamento de trendelenburg, horizontal e reverso, colchão confeccionado em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço.  
 Alimentação: 110/127 ou 220 VAC - 50 ou 60 Hz, fusíveis de proteção para os circuitos.  
**Acompanha:** Sensor de pele, foco de luz fria para

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks]*

procedimentos, suporte de soro cromado, relógio APGAR no painel do berço ajustável até 20 minutos, bandeja intermediária sob o leito e alça para locomoção.  
Acessórios inclusos: Elemento aquecedor com giro bilateral que facilita o posicionamento do aparelho de raios x e gaveta para chassis de raios x.  
 Equipamento Fabricado e Certificado conforme Normas Técnicas  
 NBR IEC 60601-1 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Gerais para Segurança  
 NBR IEC 60601-1-2 – Compatibilidade Eletromagnética, Prescrições Gerais para Segurança.  
 NBR IEC 60601-2-21 mais as Emendas Obrigatórias – Prescrições Particulares para Segurança de Berço Aquecido  
**Registro ANVISA-MS Nº 102287.40032**

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:**  
**R\$ 20.676,00 (VINTE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)**

**Informações Adicionais.**

Frete: Incluso	IPI: Isento	Procedência: Nacional	Garantia de 12 (doze) meses, nas condições do edital.
Prazo Entrega: 05 (cinco) dias, conforme edital.	Condição Pagamento: 30 (trinta) dias conforme edital.	Validade Proposta: 60 (sessenta) dias conforme edital. ✓	Assistência Técnica: Permanente desde que solicitado.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusas todas as despesas, fretes, tributos, todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros demais encargos de qualquer natureza que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos incidentes sobre o objeto do pregão.

Declaramos que dispomos de empresa para Assistência Técnica nos equipamentos cotados, conforme segue:

**BIOFORS MEDICAL COM. E SERV. EQUIP. MEDICOS**  
 R. Euzébio de Queiroz, 1888A – Bom Futuro  
 CEP. 60421-102 – Fortaleza/CE  
 Fone: (85) 3232-1523 - E-mail: [comercial@biofors.com.br](mailto:comercial@biofors.com.br)

Declaramos estarmos cientes de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial nº 2018.10.02.02-PMAS-SAUDE e seus anexos.

Ribeirão Preto, 24 de outubro de 2018. ✓

Erica Verniz Pereira Vezono  
 RG. 18.294.531-5-SSP/SP - Procuradora  
 CPF: 138.771.588-70

